

## RESPUESTA. OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2018

El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en participar en la Convocatoria Publica 019-2018, cuyo objeto es; *“PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO: LABORATORIO CLÍNICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO, SERVICIO DE TRASFUSIÓN SANGUÍNEA, LABORATORIO DE CITOLOGÍA CERVICO-UTERINA, LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA, CON RECURSO HUMANO PROPIO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO CALIFICADO, EQUIPOS, INSUMOS (PAPELERÍA, DISPOSITIVOS MÉDICOS ENTRE OTROS), NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LO REQUERIDO, CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE Y GARANTIZANDO ASÍ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A PACIENTES O USUARIOS DEL HOSPITAL DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO AFILIADO, POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA U OTROS.”*, se permite proceder a dar respuesta a las mismas en los siguientes términos:

Observaciones presentadas por: **Itms Colombia S.A.S**

### Primera

COAGULACION: AUTOMÁTIZADO

Página 25

Muy comedidamente se solicita se retire la condición: " Puntas y cubetas desechables" toda vez que los requerimientos en conjunto y en especial el requerimiento indicado se limita la pluralidad de oferentes.

### Respuesta.

Se solicita equipo automatizado como base de la calificación técnica, por lo tanto el uso de estos insumos en caso de requerirse deben cumplir las especificaciones, si estos insumos no son necesarios para el funcionamiento y no lo amerita no descalifica el equipo que se oferte por lo tanto se modificará lo pertinente en el pliego de condiciones.

### Segunda.

GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS

Página 25

Muy amablemente solicitamos se permita ofertar el procesamiento de electrolitos en un equipo independiente del equipo para gases arteriales.

### Respuesta.

Se solicita equipo automatizado para el procesamiento de Gases Arteriales y Electrolitos, el cual puede realizarse en equipo diferente siempre y cuando cumpla con la característica de Automatización.

**Tercera.**

**HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES**

Página 26

Muy comedidamente se solicita se retire la condición de "Realización de diluciones automáticas" o se modifique por "realización de diluciones dependiendo de la prueba a realizar" debido a que las técnicas solicitadas de quimioluminiscencia de por si ya cuentan con una linealidad suficientemente amplia para las pruebas a realizar.

“

**Respuesta.**

Esta especificación técnica hace referencia a la capacidad del equipo de realizar diluciones automáticas y solo se realizan cuando durante el procesamiento de la muestra da como resultado valores que superan la linealidad establecida en la técnica, por lo tanto, se mantiene ya que no todas las pruebas y los resultados obtenidos durante el procesamiento ameritan la dilución, y son programadas solo cuando es estrictamente necesario.

**Cuarta.**

**INMUNOLOGIA - TSH NEONATAL**

Página 25

Muy comedidamente se solicita se retire la condición "Muestreo automático a partir de tubo primario", lo anterior a que la tecnología del equipo solicitado es semiautomatizado por lo que la condición expuesta no sería posible cumplirla.

**Respuesta.**

“Se trata efectivamente de un equipo semi automatizado, por lo tanto se retira la condición de muestreo automática a partir de tubo primario”

**LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA  
GERENTE**

V/B. Diana Villani Ladino – Asesora Jurídica  
Proyectó Jorge Alberto García – Abogado de Contratación  
Proyectó; Alexandra González Moreno – Referente de Acreditación  
Proyectó: Maribel Valencia – Ingeniera Biomédica  
Proyectó Pedro Fernando Rodríguez – Referente TIC's